



YÊU CẦU BÁO GIÁ LINH KIỆN/PHỤ KIỆN/VẬT TƯ THAY THẾ

(Kèm theo công văn số: 1655*/BVUB-VTTBYT ngày 03/07/2023)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm y cụ-thiết bị y tế và sửa chữa, thay thế linh kiện, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị y tế năm 2023 phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Đỗ Đức Cường

Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư- TBYT

Số điện thoại: 0986.713.345

Địa chỉ email: cuongdoit@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư- TBYT, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 60 Tôn Thất Tùng – Tp Vinh

- Nhận qua email: vttbyt.ubna@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 03 tháng 07 năm 2023 đến trước 17h ngày 13 tháng 07 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 07 năm 2023


II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục linh kiện/phụ kiện/vật tư thay thế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bộ chỉnh lưu công suất 125W	Tương thích với:	1	Cái

	Buồng i-on cho giá chụp phổi dùng cho máy X-Quang	Máy Xquang kỹ thuật số GE	2	Cái
	Cảm biến tấm thu nhận ảnh tại vị trí ở bàn	Model: DRF Hãng sx: GE Nước sx: Trung Quốc	1	Cái
2	Bộ chổi than tín hiệu	Tương thích với Hệ thống SOMATOM Spirit (SN 84840) của hãng Siemens Model: SOMATOM Spirit	1	Cái
	Bộ lọc chùm tia	Hãng sx: Siemens Nước sx: Trung Quốc	1	Cái
3	Cảm biến giới hạn trục Y	Tương thích với Hệ thống Robot Maxio Model: Maxio Hãng sx: Perfint Healthcare Nước sx: Ấn Độ	1	Cái
4	Bo mạch điều khiển các trục chuyển động	Tương thích với Hệ thống Spect 2 đầu thu (Model: Simbia E DualHead)	1	Cái
	Bo mạch giao tiếp collimator	Model: SYMBIA E	1	Cái
	Khối động cơ bàn ra vào	Hãng sx: Siemens Nước sx: Mỹ	1	Cái
5	Bóng đèn Halogen	Tương thích với Máy xét nghiệm RT-PCR	1	Chiếc
	Nắp nhiệt	Model: 7500 fast Hãng sx: Thermo Fisher Scientific	1	Chiếc
	Kính lọc FAM	Nước sx: Singapore	1	Chiếc
6	Đầu dò	Tương thích với Hệ thống dò tia Gamma hạch gác trong phẫu thuật ung thư tuyến vú Navigator Model: Navigator 2.0 Hãng sx: Dilon Nước sx: Mỹ	1	Chiếc
7	Máy tính	Tương thích với Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động (Vitek 2 Compact)	1	Bộ
	Màn hình	Model: VITEK2COMPACT Hãng sx: Biomerrieux Nước sx: Mỹ	1	Bộ
8	Cảm biến oxy	Tương thích với Máy gây mê kèm thở	4	Cái
	Cảm biến lưu lượng		8	Cái
	Kit EL display cho máy Aespire	Model: Carestion 620 A1	1	Cái

	7900	Hãng sx: GE Healthcare, Nước sx: Mỹ		
	Bẫy nước		1	Hộp
	Dây trích mẫu khí dùng một lần		1	Cái
9	Vỏ cao su đầu dò	Tương thích với Máy siêu âm màu Model: LOGIQ S7 Expert R3 SN: LS7001016 Hãng sx: GE - Hàn Quốc	1	Cái
	Nút Freeze	SN: LS7001016 Hãng sx: GE - Hàn Quốc	1	Cái
	Vỏ cao su đầu dò	Tương thích với Máy siêu âm màu Model: LOGIQ S7 Expert R3 SN: LS7001015 Hãng sx: GE - Hàn Quốc	1	Cái
	Vỏ cao su đầu dò	Tương thích với Máy siêu âm màu Model: XARIO 100 (TUS-X100) SN: MXC1884883 Hãng sx: Toshiba - Nhật Bản	1	Cái
	Vỏ cao su đầu dò	Tương thích với Máy siêu âm màu đàn hồi mô Mode: Aplio 500 (TUS-A500) SN: W5A14X2110 Hãng sx: Toshiba - Nhật Bản	1	Cái
	Main xử lý hình ảnh	Tương thích với Máy siêu âm màu UF-870AG SN: 50000214 Hãng sx: Fukuda Denshi - Nhật Bản	1	Cái
	Main xử lý hình ảnh	Tương thích với Máy siêu âm màu xách tay UF-760AG SN: 50000209	1	Cái
	Vỏ cao su đầu dò	Hãng sx: Fukuda Denshi - Nhật Bản	2	Cái
	Đầu dò convex	Tương thích với Máy siêu âm Accuvix-V10 Hãng sx: Medison/ Hàn Quốc - Nhật Bản	1	Cái
10	Cảm biến mức hoá chất buồng phản ứng	Tương thích với Máy chuyên bệnh phẩm tự động dạng kín Model: ExcelsiorAS Hãng sx: ThermoScientific	4	Cái
	Filter lọc than hoạt tính		1	Cái
	Filter lọc Formaldehyde		2	Cái
	Bộ gioăng buồng phản ứng		1	Bộ



	Bộ nguồn cấp điện PSU chuyên dụng cho thiết bị	Nước sx: Anh	1	Bộ
	Bình ắc quy tích điện khi có sự cố mất điện		2	Cái
11	Bảng mạch điều khiển chuyên dụng	Tương thích với Máy chuyên bệnh phẩm đa năng Model: Tissue Wave 2 Hãng sx: ThermoScientific Xuất xứ: Mỹ	1	Cái
12	Bộ mô tơ nâng hạ	Tương thích với Máy cắt lạnh tiêu bản Model: Cryotome E(0620E) Hãng sx: ThermoScientific Nước sx: Anh	1	Cái
13	Piston khí nén (lò xo khí) có thể khoá	Tương thích với Bàn mổ OPX mobilis RC 30 (Hãng SX: Schmitz u sohne GmbH & Co.KG)	1	Bộ
	Cáp điều khiển bàn mổ	Tương thích với Bàn mổ Sundry	2	Cái
14	Bóng đèn xenon 300W	Tương thích với Hệ thống nội soi khí phế quản ống mềm Pentax EPK-i5000 Model: EPK-i5000 HSX: Pentax Xuất xứ: Nhật Bản	1	Cái
		Tương thích với Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng Pentax EPK-i5000 Model: EPK-i5000 HSX: Pentax Xuất xứ: Nhật Bản	1	Cái
		Tương thích với Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng Fujinon EPX-3500HD Model: VP-3500HD HSX: Fujifilm Nước sx: Nhật Bản	1	Cái
		Tương thích với Hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz SCB Image 1hub (22201020) Model: SCB Image 1hub HSX: Karl Storz, Đức Nước sx: Đức	1	Cái
		Tương thích với Hệ thống	1	Cái

		phẫu thuật nội soi Karl Storz SCB Tricam SLII (20223020) Model: SCB Image 1hub HSX: Karl Storz Nước sx: Đức		
15	Bộ phân phối điện cho máy	Tương thích với Hệ thống chụp Xquang chụp nhũ kỹ thuật số cắt lớp Model: Selenia Dimensions 3D (D6000) Hãng: Hologic, Inc Năm sx: 2020	1	Cái
16	Bảng mạch giao tiếp tín hiệu analog	Tương thích với Máy thở hồi sức đa năng Puritan Bennett Model: 840 Hãng sx: COVIDEN - Mỹ	1	Cái
	Bảng mạch điều khiển chức năng		1	Cái
	Bộ lọc khí vào của máy nén khí		1	Cái
	Bộ lọc khí ra của máy nén khí		1	Cái
17	Bộ nguồn	Tương thích với Máy XQ chụp vú DR (Model: Mammomat Inspiration của hãng Siemens)	1	Bộ

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An: 60 Tôn Thất Tùng – Tp Vinh
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2023 (tùy theo thời gian Hợp đồng ký kết)



