

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Số: /BG-VTTBYT

V/v mua sắm bộ dây nội soi dạ
dày kèm phụ kiện tiêu chuẩn
tương thích với hệ thống nội soi
siêu âm nguồn sáng 300W EPK-
i7010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 10 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng giá, để thực hiện các bước tiếp theo cho gói thầu: “Mua sắm bộ dây nội soi dạ dày kèm phụ kiện tiêu chuẩn tương thích với hệ thống nội soi siêu âm nguồn sáng 300W EPK-i7010” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Địa chỉ: Số 60, Tôn Thất Tùng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Đỗ Đức Cường

- Chức vụ: Trưởng phòng VT-TBYT

- Số điện thoại: 0986.713.345

- Địa chỉ email: vttbyt.ubna@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể gửi báo giá đồng thời theo các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 60 Tôn Thất Tùng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nhận qua email: vttbyt.ubna@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 10 tháng 01 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 20 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị (gọi chung là thiết bị). Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đ/c: cơ sở Số 60 đường Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hoặc cơ sở Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Các thông tin khác (nếu có).

Thành phần báo giá bao gồm:

- Bảng giá: Mẫu số 01.
- Bảng đáp ứng yêu cầu báo giá: Mẫu số 02.
- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Cung cấp Catalogue tiếng anh và tiếng việt 01 bản in, 01 bản mềm gửi qua mail.

(Đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng tư vấn;
- Đăng tải website BV, muasamcong;
- Lưu: VT, TBYT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Trí Diễm

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ**Mẫu số 01**

(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVUB-VTTBYT ngày tháng năm 2025)

BÁO GIÁ⁽¹⁾**Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế:

Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục thiết bị ⁽¹⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, ⁽²⁾	Hãng sản xuất ⁽³⁾	Năm sản xuất ⁽⁴⁾	Xuất xứ ⁽⁵⁾	Số lượng ⁽⁶⁾	Đơn vị tính ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 12 tháng) ⁽⁹⁾	Chi phí bảo hành thiết bị 12 tháng sau bán hàng ⁽¹⁰⁾	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Hàng hóa 1										
2	Hàng hóa 2										
...	...										

- Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2025;
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – cơ sở: số 60 Tôn Thất Tùng, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An hoặc cơ sở Nghi Liên, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 120 ngày.
- Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:
 - Đồng tiền thanh toán: VND
 - Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng
- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Ký, mã, nhãn hiệu, model” và cột “Hãng sản xuất”

(4), (5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể đơn vị của thiết bị y tế

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế (đã bao gồm thuế VAT; bảo hành)

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thời gian bảo hành cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá bảo hành sau bán hàng (trong 12 tháng) cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí bảo hành của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Mẫu số 02

(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVUB-VTTBYT ngày tháng năm 2025)

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Kèm theo Báo giá số ngày thángnăm 2025)

Tên công ty:

STT	Danh mục thiết bị y tế (2)	Yêu cầu mời chào giá	Đáp ứng chào giá			Tài liệu tham chiếu (2)
			Ký, Mã hiệu	Hãng, nước SX	Thông số kỹ thuật (1)	
1	Hàng hóa 1				
2	Hàng hóa 2				
.....				

(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá

(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THIẾT BỊ

(Kèm theo Thư mời chào giá số /BG-VTTBYT ngày 10 tháng 01 năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Bộ dây nội soi dạ dày kèm phụ kiện tiêu chuẩn tương thích với hệ thống nội soi siêu âm nguồn sáng 300W EPK-i7010	Kèm theo phụ lục 2	1	Cái	Dây nội soi dạ dày siêu âm chẩn đoán

92

Phụ lục 02: Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật Bộ dây nội soi dạ dày kèm phụ kiện tiêu chuẩn

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /BG-VTTBYT ngày 10/01/2025 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)

Yêu cầu chung:

- Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100%.
- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động:
 - + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C
 - + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU	SỐ LƯỢNG
I.	YÊU CẦU CẤU HÌNH	
1.	Chổi rửa dài	01 cái
2.	Chổi rửa ngắn	01 cái
3.	Nắp đậy kênh sinh thiết	01 bộ
4.	Dầu silicon	01 chai
5.	Ngáng miệng	01 cái
6.	Bộ rửa kênh	01 cái
7.	Van cân bằng áp suất	01 cái
8.	Nắp đậy ngâm nước	01 cái
9.	Hộp bóng siêu âm	01 hộp
10.	Van hút	01 cái
11.	Van khí/ nước	01 cái
12.	Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt	01 bộ
II.	YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	
	- Chức năng: Dây nội soi dạ dày siêu âm chẩn đoán	
	- Góc nhìn: ≥ 140 độ	
	- Hướng nhìn: thẳng	
	- Độ sâu trường nhìn: ≤ 3 mm - ≥ 100 mm	
	- Đường kính thân ống soi: ≤ 12.1 mm	
	- Đường kính đầu ống soi: ≤ 10.4 mm	
	- Khả năng uốn cong của đầu ống soi:	
	+ Hướng lên: ≥ 150 độ	

	+ Hướng xuống: ≥ 70 độ	
	+ Hướng trái: ≥ 70 độ	
	+ Hướng phải: ≥ 70 độ	
	- Chiều dài làm việc: ≥ 1250 mm	
	- Chiều dài tổng: ≥ 1560 mm	
	- Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 2.4 mm	
	- Góc quét: 360 độ	
	- Dải tần: $\leq 5 - \geq 13$ MHz	
	- Phương pháp quét: Radial	
III.	YÊU CẦU KHÁC	
1.	Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng	
2.	Cam kết thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu	
3.	Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An	
4.	Thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	

