

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU
Số: 1335 /BVUB-TTBYT
V/v yêu cầu báo giá mua sắm
thiết bị Y học cổ truyền- phục
hồi chức năng năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng giá, để thực hiện các bước tiếp theo cho gói thầu: “Mua sắm thiết bị Y học cổ truyền- phục hồi chức năng năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Địa chỉ: Số 60, Tôn Thất Tùng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hải

- Chức vụ: Nhân viên phòng TTBYT

- Số điện thoại: 08668.29.597

- Địa chỉ email: vttbyt.ubna@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá đồng thời theo các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 60 Tôn Thất Tùng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nhận qua email: vttbyt.ubna@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 04 tháng 04 năm 2025 đến trước 12h00 ngày 14 tháng 04 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). Chi tiết như phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đ/c: Km 456, Quốc lộ 1A, Xóm 3, xã Nghi Liên, Thành phố Vinh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Chi tiết như biểu mẫu số 01.



4. Các thông tin khác (nếu có).

Thành phần báo giá bao gồm:

- Bảng giá: Mẫu số 01.

- Bảng đáp ứng yêu cầu báo giá: Mẫu số 02.

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Cung cấp Catalogue tiếng anh và tiếng việt 01 bản in, 01 bản mềm gửi qua mail.

(Đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng tư vấn;
- Đăng tải website BV.
- Lưu: VT, TTBYT.



Nguyễn Quang Trung




CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ
Mẫu số 01

(Kèm theo Thư mời chào giá số 1335 /BVUB- TTBYT ngày 04 tháng 04 năm 2025)

BÁO GIÁ⁽¹⁾***Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế:

Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model, (3)	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng ⁽⁷⁾	Đơn vị tính	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹⁰⁾ (VND)
1	Hàng hóa 1									
2	Hàng hóa 2									
...	...										

- Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (GTGT), phí theo quy định của pháp luật;
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2025;
- Địa điểm cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đ/c: Km 456, Quốc lộ 1A, Xóm 3, xã Nghi Liên, Thành phố Vinh.
- Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 120 ngày.
- Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:
 - Đồng tiền thanh toán: VNĐ
 - Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng
- Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành, sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế tách thuế

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thuế, phí, lệ phí liên quan theo đơn giá tương ứng.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Mẫu số 02

(Kèm theo Thư mời chào giá số

/BVUB-TTBYT ngày 04 tháng 04 năm 2025)

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Báo giá số ngày tháng năm 2025)

Tên công ty:

STT	Danh mục thiết bị y tế (2)	Yêu cầu theo thư mời chào giá	Đáp ứng chào giá			Tài liệu tham chiếu (2)
			Ký, Mã hiệu	Hãng, nước SX	Thông số kỹ thuật (1)	
1	Hàng hóa 1				
2	Hàng hóa 2				
.....				

(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá

(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá

PHỤ LỤC I: DANH MỤC THIẾT BỊ

(Kèm theo Thư mời chào giá số 1335 /BVUB-TTBYT ngày 04 tháng 04 năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện châm	Kèm theo phụ lục 2	100	Cái
2	Bồn xông chân	Kèm theo phụ lục 2	50	Cái
3	Máy điện xung	Kèm theo phụ lục 2	15	Cái

PHỤ LỤC II: BẢNG YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời chào giá số

/BVUB-TTBYT ngày 04 tháng 04 năm 2025)

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
1	Máy điện châm	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% - Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50Hz - Điều kiện môi trường cho phép vận hành: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$. <p>II. Yêu cầu cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính - Giắc nguồn - Dây cắm đứng (kết hợp miếng dán) - Cặp miếng dán màu trắng - Dây kẹp (kết hợp đầu kẹp): 05 cái - Bút dò huyết: 01 cái - Sách hướng dẫn: 01 bộ <p>III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể tạo ra năm loại dạng sóng: Sóng liên tục, sóng không liên tục, sóng nén, sóng dao động và sóng bắt đầu / dừng. - Tần số xung của sóng cơ bản từ 1,2Hz đến 55Hz và độ rộng xung $\geq 0,5\text{ms}$. - Nguồn chính một pha 220 V / 50Hz hoặc pin - Công suất phát: $\leq 20 \text{ VA}$. - Kênh đầu ra ≥ 6 kênh, kích thích 12 huyết cùng lúc - Cường độ xung điều chỉnh được - Chức năng cài đặt thời gian: Phạm vi thời gian là từ 0 ~ 60 phút + 10%
2	Bồn xông chân	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% - Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50Hz <p>II. Yêu cầu cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bồn xông: 01 cái - Bàn massage chân: 01 cái - Nắp giữ nhiệt: 01 cái - Máy xông: 01 cái <p>III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật</p>

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu gỗ: gỗ thông xẻ sấy 100% nhập khẩu châu aai, có giấy tờ đầy đủ - Kích thước: Đường kính miệng 42cm x đường kính đáy 40cm x cao 55cm - Kỹ thuật: Ghép soi miệng âm dương chắc chắn, đảm bảo không rò rỉ nước - Máy xông chân 1000w, dung tích 2 lít
3	Máy điện xung (Máy vật lý trị liệu)	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% - Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50Hz - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: $\geq 20^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>II. Yêu cầu cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy điện xung: 01 cái <p>III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiều mức hẹn giờ: Khoảng 10 đến 60 phút - Điện trở giải nhiệt: ≤ 50 ôm - Điện áp ra hiệu ứng nhiệt: Điện áp ra hình Sin, biên độ 34VAC, 50Hz, chu kỳ 1s. - Nhiệt độ giải hiệu ứng: Từ 40 - 65 độ C - Điện áp ion đầu ra: Điện áp từ (-80 ~ -300VDC) - Trở kháng ion đầu ra: 2 mega Ohm - Xung trị liệu: dạng vuông, đảo cực 2 chế độ - Laser trị liệu: vùng sáng đỏ, bước sóng 650nm, công suất 5mW.