

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU
Số: /BVUB-TTBYT
V/v yêu cầu báo giá mua sắm
thiết bị y tế bổ sung đợt 1 năm
2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng giá, để thực hiện các bước tiếp theo cho gói thầu: “Mua sắm thiết bị y tế bổ sung đợt 1 năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Địa chỉ: Số 60, Tôn Thất Tùng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hải

- Chức vụ: Nhân viên phòng TTBYT

- Số điện thoại: 08668.29.597

- Địa chỉ email: vttbyt.ubna@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá đồng thời theo các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 60 Tôn Thất Tùng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nhận qua email: vttbyt.ubna@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 22 tháng 04 năm 2025 đến trước 08h00 ngày 09 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). Chi tiết như phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đ/c: Km 456, Quốc lộ 1A, Xóm 3, xã Nghi Liên, Thành phố Vinh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Chi tiết như biểu mẫu số 01.

4. Các thông tin khác (nếu có).

Thành phần báo giá bao gồm:

- Bảng giá: Mẫu số 01.
- Bảng đáp ứng yêu cầu báo giá: Mẫu số 02.
- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Cung cấp Catalogue tiếng anh và tiếng việt 01 bản in, 01 bản mềm gửi qua mail.

(Đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Xin trân trọng thông báo. 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Hội đồng tư vấn;
- Đăng tải website BV, muasamcong;
- Lưu: VT, TTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Trí Diễm

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

(Kèm theo Thư mời chào giá số

/BVUB- TTBYT ngày 22 tháng 04 năm 2025)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế:

Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model, ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng ⁽⁷⁾	Đơn vị tính	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND) (Tách thuế)	Thuế, phí, lệ phí liên quan ⁽⁹⁾ (VNĐ)	Thành tiền ⁽¹⁰⁾ (VND)
1	Hàng hóa 1										
2	Hàng hóa 2										
...	...										

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (GTGT), phí theo quy định của pháp luật;
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025;
3. Địa điểm cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đ/c: Km 456, Quốc lộ 1A, Xóm 3, xã Nghi Liên, Thành phố Vinh.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 120 ngày.
5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:
 - Đồng tiền thanh toán: VNĐ
 - Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng
6. Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng



nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng không giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành, sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế tách thuế

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thuế, phí, lệ phí liên quan theo đơn giá tương ứng.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Mẫu số 02

(Kèm theo Thư mời chào giá số

/BVUB-TTBYT ngày 22 tháng 04 năm 2025)

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Báo giá số

ngày tháng năm 2025)

Tên công ty:

STT	Danh mục thiết bị y tế (2)	Yêu cầu theo thư mời chào giá	Đáp ứng chào giá			Tài liệu tham chiếu (2)
			Ký, Mã hiệu	Hãng, nước SX	Thông số kỹ thuật (1)	
1	Hàng hóa 1					
2	Hàng hóa 2					
.....						

(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá

(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá

PHỤ LỤC I: DANH MỤC THIẾT BỊ*(Kèm theo Thư mời chào giá số**/BVUB-TTBYT ngày 22 tháng 04 năm 2025)*

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện tim các loại	Kèm theo phụ lục 2	2	Máy
2	Máy đo chức năng hô hấp	Kèm theo phụ lục 2	1	Máy
3	Nhiệt ẩm kế tự ghi	Kèm theo phụ lục 2	10	Cái
4	Máy soi cổ tử cung	Kèm theo phụ lục 2	1	Máy

PHỤ LỤC II: BẢNG YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời chào giá số

/BVUB-TTBYT ngày 22 tháng 04 năm 2025)

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
1	Máy điện tim các loại	I. Yêu cầu chung
		- Năm sản xuất: Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% - Nguồn điện sử dụng: 230 VAC $\pm$ 10%; 50Hz - Điều kiện môi trường cho phép vận hành: Phù hợp khí hậu Việt Nam - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
		II. Yêu cầu cấu hình
		- Máy đo điện tim 6 kênh: 01 máy - Dây nguồn: 01 cái - Cáp nối bệnh nhân: 01 bộ - Điện cực chi: 04 cái - Điện cực ngực: 06 cái - Gel điện tim: 01 chai - Phần mềm kết nối với máy tính: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
		III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật
		- Màn hình: Đồ hoạ - Kích thước: $\geq 70 \times 36$ mm - Độ phân giải: $\geq 128 \times 64$ điểm - Bàn phím: Kết hợp chữ số và phím chức năng - Cổng kết nối: tối thiểu RS232 (tùy chọn adapter Serial-to-USB) - In (máy in tích hợp): In nhiệt - Tốc độ in (mm/s): ≥ 4 mức; ≤ 5 đến ≥ 50 - Độ nhạy (mm/mV): ≥ 4 mức; $\leq 2,5$ đến ≥ 20 - In theo thời gian thức: Có, chế độ thủ công - Ghi / Phân tích: - Đo và phân tích ECG tự động - Chế độ ghi tối thiểu: Tự động , Thủ công - Xử lý tín hiệu: - Tần số đáp ứng ECG: $\leq 0,05 - \geq 150$ Hz - Nhịp tim (HR): $\leq 16 - \geq 296$ bpm - Phát hiện máy tạo nhịp: Độ rộng nhịp $\geq 100 \mu s$, biên độ nhịp ≥ 2 mV - Độ phân giải kỹ thuật số tối thiểu: ≥ 12 bits - Phạm vi động: ± 400mV - Trở kháng đầu vào: ≥ 20 MOhm - CMRR: > 100 dB
		I. Yêu cầu chung

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
2	Máy đo chức năng hô hấp	- Năm sản xuất: Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% - Nguồn điện sử dụng: 230 VAC $\pm$ 10%; 50Hz - Điều kiện môi trường cho phép vận hành: Phù hợp khí hậu Việt Nam - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 , CE hoặc tương đương
		II. Yêu cầu cấu hình
		- Máy chính: 01 Máy - Cáp kết nối: 01 cái - Cảm biến đo lưu lượng: 04 cái - Kẹp mũi: 01 cái - Phần mềm kết nối máy vi tính: 01 bộ - Dây nguồn: 01 dây - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
		III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật
3	Nhiệt ẩm kế tự ghi	- Hiển thị: Màn hình màu cảm ứng, độ phân giải $\geq 640 \times 480$ - Kết nối: RS232, USB - Máy in: Tích hợp khổ giấy 112 mm - Thời gian sử dụng pin ≥ 90 phút - Đạt tiêu chuẩn: ATS / ERS Thông số đo - Chỉnh sửa BTPS: Tự động - Hít vào / Thở ra: Có / có - Thông số đo tối thiểu: FVC, VC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/VC hoặc nhiều hơn - Kiểm tra tối thiểu có: FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST hoặc nhiều hơn - Chế độ Trước/ Sau khi thử thuốc: Có - Dữ liệu lưu trữ ≥ 999 lần - Hướng dẫn trẻ em: Có Thông số khí: - Phạm vi dòng khí [lít/giây]: ≥ 16 l/s - Độ chính xác : $\pm 3\%$ hoặc 50ml (tùy cái nào lớn hơn) - Thể tích (lít): ≥ 8 lít - Độ chính xác: $\pm 3\%$ hoặc 50 ml
		I. Yêu cầu chung
		- Năm sản xuất: Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% - Điều kiện môi trường cho phép vận hành: Phù hợp khí hậu Việt Nam - Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định
		II. Yêu cầu cấu hình
		- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Phần mềm trích xuất dữ liệu phân tích: 01 bộ

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
		III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật Phạm vi đo nhiệt độ: Từ $\leq -30^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 60^{\circ}\text{C}$ Phạm vi đo độ ẩm: Từ $\leq 10\%$ đến $\geq 99\%$ RH Màn hình hiển thị: LCD hoặc LED Kết nối dữ liệu: USB/Wifi Khả năng kết nối với máy tính: Có
4	Máy soi cổ tử cung	I. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% - Nguồn điện sử dụng: 220V; 50/60Hz - Điều kiện môi trường cho phép vận hành: Phù hợp khí hậu Việt Nam - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 Máy - Phần mềm xử lý dữ liệu Tiếng Việt: 01 phần mềm - Bộ máy tính: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật 1. Máy chính - Bộ xử lý hình ảnh: CCD hoặc CMOS hoặc tốt hơn - Độ phân giải màn hình: Full HD hoặc cao hơn - Điểm ảnh: $\geq 2.000.000$ pixel - Góc xoay: 360 độ - Độ phóng đại: Zoom quang học: $\leq 1X$, $\geq 30X$ - Chế độ lấy nét: 2 chế độ - Nguồn sáng: LED hoặc tương đương - Bộ lọc ánh sáng: Có - Điều khiển bằng bàn đạp chân: Có - Tín hiệu đầu ra: S-Video hoặc USB hoặc AV 2. Máy tính - Sản xuất năm 2024 trở về sau - Bộ Vi xử lý CPU Intel core $\geq i3$ - Ổ đĩa cứng loại SSD, dung lượng ≥ 500 GB - Ram ≥ 8 GB - Màn hình kích thước ≥ 20 inch