

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU
Số: /BVUB-TTBYT
V/v mời báo giá cung cấp dịch vụ thuê
máy siêu âm (3 đầu dò)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 02 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị y tế

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cung cấp dịch vụ thuê máy siêu âm (3 đầu dò)” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Trần Thị Hải

Chức vụ: Nhân viên phòng TTBYT

Số điện thoại: 0962.636.498

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư, phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 60 Tôn Thất Tùng, TP Vinh, Nghệ An.

- Nhận qua email: yttbyt.ubna@gmail.com (Các đơn vị gửi bản scan kèm bản mềm).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 02 tháng 06 năm 2025 đến trước 16h ngày 06 tháng 06 năm 2025.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ thuê máy siêu âm (3 đầu dò) (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Địa chỉ: số 60, Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An hoặc Km 456, quốc lộ 1A, xã Nghi Liên, tp. Vinh, Nghệ An.

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi báo giá theo mẫu kèm theo công văn này.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông báo để các đơn vị được biết.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c)
- Đăng Website BV;
- Lưu TTBYT, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Trí Diêm

CÁC BIỂU MẪU BÁO GIÁ

Mẫu số 1

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /BVUB-TTBYT ngày 02 tháng 06 năm 2025)

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ thuê thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp] báo giá cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị y tế như sau:

- Báo giá cung cấp dịch cho thuê máy siêu âm (3 đầu dò)

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Mã/ model ⁽³⁾	Năm sản xuất (nếu có) ⁽⁴⁾	Xuất xứ ⁽⁵⁾	Số lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá ⁽⁷⁾ (VNĐ)	Thuế GTGT ⁽⁸⁾ (VNĐ)	Thành tiền ⁽⁹⁾ (VNĐ)	Thời gian thuê (tháng)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								
n	...								
Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)									
<i>Số tiền viết bằng chữ:</i>									

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ≥ 180 ngày, kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2025.

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

....., ngày ... tháng ... năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽¹⁰⁾

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Hàng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin để báo giá vào Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hàng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hàng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 2.

(2) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi chung loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể ký hiệu/ mã hiệu/ model của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4), (5) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(6) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(7) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế tách thuế

(8) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thuế, phí, lệ phí liên quan theo đơn giá tương ứng.

(9) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng các thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hàng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



Mẫu số 02

(Kèm theo Thư mời chào giá số

/BVUB-TTBYT ngày 02 tháng 06 năm 2025)

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Báo giá số ngày tháng năm 2025)

Tên công ty:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Yêu cầu theo thư mời chào giá	Đáp ứng chào giá			Tài liệu tham chiếu (2)
			Ký, Mã hiệu/ Model	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật (1)	
1	Thiết bị A				
2	Thiết bị B				
.....				

- (1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá
(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá



Phụ lục 1

DANH MỤC THIẾT BỊ

(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVUB-TTBYT ngày 02 tháng 06 năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Thời gian thuê
1	Máy siêu âm (3 đầu đò)	Thuê máy siêu âm	Kèm theo phụ lục 2	1	Máy	2 tháng



Phụ lục 2
BẢNG YÊU CẦU CÁU HÌNH VÀ KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời chào giá số

/BVUB-TTBYT ngày 02 tháng 06 năm 2025)

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
1	Máy siêu âm (3 đầu dò)	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu sử dụng điện áp 220V (1 pha) $\pm 10\%$, tần số 50/60 Hz. - Môi trường làm việc: Phù hợp khí hậu Việt Nam - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>II. Yêu cầu cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Máy chính - 01 Đầu dò convex - 01 Đầu dò linear - 01 Đầu dò sinh thiết trực tràng - 01 Bộ máy tính và máy phun ảnh màu - 01 Bộ Lưu điện - 01 Máy in ảnh đen trắng - 01 HDSD tiếng Việt và Tiếng Anh <p>III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật</p> <p>1. Đặc tính chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy siêu âm kỹ thuật số hoàn toàn. - Có chức năng Doppler xung (PW) chuyên dùng thăm khám mạch máu. - Công nghệ Nâng cao dòng chảy động <p>2. Chế độ quét:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương pháp quét tối thiểu: <ul style="list-style-type: none"> + Quét Linear + Quét Sector + Quét Convex + Quét Trapezoid <p>3. Các chế độ siêu âm:</p> <p>Có tối thiểu các chế độ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + B-mode + M-mode + Doppler + Doppler màu <p>4. Đầu dò:</p>

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
		<ul style="list-style-type: none"> - Đầu dò convex: + Dài tần: ≤ 2 đến ≥ 6 MHz + Chức năng THI: ≤ 3 đến ≥ 6 MHz + Góc quan sát: $\geq 70^\circ$ - Đầu dò linear: + Dài tần: ≤ 7 đến ≥ 10 MHz + Chức năng THI: ≤ 7 đến ≥ 10 MHz - Đầu dò sinh thiết trực tràng: + Dài tần: ≤ 5 đến ≥ 10 MHz + Chức năng THI: ≤ 5 đến ≥ 10 MHz + Góc quan sát: $\geq 160^\circ$ <p>5. Màn hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Màn hình LCD hoặc tương đương ≥ 18 inch + Độ phân giải tối thiểu: 1280 x 1024 <p>6. Bộ nhớ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ nhớ: ≥ 256 MB - Lưu trữ ảnh: ổ cứng, ổ CD/DVD, USB, mạng: DICOM.