

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU
Số: /BVUB-TBYT
V/v mời báo giá mua sắm nội hấp sấy
tiệt trùng cho trung tâm y tế Tương
Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 30 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ thiết bị y tế

Căn cứ vào Công văn số: 677/TTYT-TCHC của Trung tâm y tế Tương Dương về việc đề xuất cấu hình thiết bị phục vụ chuyên môn khám, chữa bệnh ngày 29 tháng 10 năm 2025;

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm nội hấp sấy tiệt trùng cho trung tâm y tế Tương Dương” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Nhân viên phòng Hành chính quản trị

Số điện thoại: 091.444.5668

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư, phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, địa chỉ: Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.

Đồng thời nhận qua email: vtbtyt.ubna@gmail.com (Các đơn vị gửi bản scan).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 10 năm 2025 đến trước 15h ngày 11 tháng 11 năm 2025.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá


1. Danh mục thiết bị mua sắm (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế huyện Tương Dương, địa chỉ: Số 02, Khối Hòa Đông, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi báo giá theo mẫu kèm theo công văn này.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông báo để các đơn vị được biết.

Xin trân trọng cảm ơn ./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c)
- Đăng Website BV;
- Lưu TBYT, VT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Trí Diễm

CÁC BIỂU MẪU BÁO GIÁ

Mẫu số 1

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /BVUB-TBYT ngày tháng năm 2025)

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế

BÁO GIÁ ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp] báo giá thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá Hệ thống nội soi tai mũi họng

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Mã/ model ⁽³⁾	Năm sản xuất (nếu có) ⁽⁴⁾	Xuất xứ ⁽⁵⁾	Số lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá ⁽⁷⁾ (VNĐ)	Thuế GTGT ⁽⁸⁾ (VNĐ)	Thành tiền ⁽⁹⁾ (VNĐ)
1	Thiết bị A							
2	Thiết bị B							
n	...							
Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)								
Số tiền viết bằng chữ:								

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ≥ 180 ngày, kể từ ngày tháng năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương: Số 02, Khối Hòa Đông, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

- Cam kết bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

4. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

....., ngày ... tháng ... năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽¹⁰⁾

(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú:

Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin để báo giá vào Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 2.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể ký hiệu/ mã hiệu/ model của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4), (5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế tách thuế

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thuế, phí, lệ phí liên quan theo đơn giá tương ứng.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng các thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Mẫu số 02

(Kèm theo Thư mời chào giá số

/BVUB-TBYT ngày tháng năm 2025)

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Báo giá số

ngày tháng năm 2025)

Tên công ty:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Yêu cầu theo thư mời chào giá	Đáp ứng chào giá			Tài liệu tham chiếu (2)
			Ký, Mã hiệu/ Model	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật (1)	
1	Thiết bị A					
2	Thiết bị B					
.....						

(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá

(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá



Phụ lục 1**DANH MỤC THIẾT BỊ**

(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVUB-TBYT ngày tháng năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Nồi hấp sấy tiệt trùng (≥ 100 lít)	Kèm theo phụ lục 2	1	Máy
2	Nồi hấp sấy tiệt trùng (≥ 190 lít)	Kèm theo phụ lục 2	1	Máy

Phụ lục 2**BẢNG YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ KỸ THUẬT**

(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVUB-TBYT ngày tháng năm 2025)

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
1	Nồi hấp sấy tiệt trùng (≥ 100 lít)	I. Yêu cầu chung
		- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Hoặc tương đương - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 40^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm độ tối đa: $\geq 80\%$ - Nguồn điện cung cấp: 220VAC hoặc 380 VAC, tần số 50Hz.
		II. Yêu cầu cấu hình
		- Máy chính: 01 cái. - Khay để mẫu bằng thép không gỉ: 01 cái. - Ống thủy quan sát mực nước: 02 cái. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ
		III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật
		1. Đặc tính chung: - Thiết kế buồng hấp ≥ 2 lớp vỏ. - Cửa làm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn - Cửa tay khóa kiểu cần gạt khóa chặt nắp cửa hoặc tương đương, ngăn chặn rò rỉ hơi nước. 2. Thông số kỹ thuật: - Dung tích buồng hấp: $\geq 100\text{L}$. - Công suất tiêu thụ: $\leq 15\text{ Kw}$ - Áp suất làm việc tối đa: $\geq 2.1\text{ bar}$ - Thời gian sấy khô: 0 tới ≤ 60 phút - Cài đặt thời gian tiệt trùng: 0 tới ≥ 60 phút - Nhiệt độ khử trùng tối đa: $\geq 132^{\circ}\text{C}$ - Van xả hút chân không: Có - Đồng hồ hiển thị nhiệt độ: Có - Đồng hồ hiển thị áp suất: Có - Van xả hơi bên ngoài: Có - Van an toàn: Có - Cảm ứng / ngắt mực nước thấp: Có - Kiểm soát và bảo vệ mực nước: Có

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
2	Nồi hấp sấy tiệt trùng (≥ 190 lít)	I. Yêu cầu chung
		- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Hoặc tương đương - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C + Độ ẩm độ tối đa: ≥ 80% - Nguồn điện cung cấp: 220VAC hoặc 380 VAC, tần số 50Hz.
		II. Yêu cầu cấu hình
		- Máy chính: 01 cái. - Khay để mẫu bằng thép không gỉ: 01 cái. - Ống thủy quan sát mực nước: 02 cái. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ
		III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật
		1. Đặc tính chung: - Thiết kế buồng hấp ≥ 2 lớp vỏ. - Cửa làm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn - Cửa tay khóa kiểu cần gạt khóa chặt nắp cửa hoặc tương đương, ngăn chặn rò rỉ hơi nước. 2. Thông số kỹ thuật: - Dung tích buồng hấp: ≥ 190 L - Công suất tiêu thụ: ≤ 9 Kw - Áp suất làm việc tối đa: ≥ 2.1 bar - Thời gian sấy khô: 0 tới ≤ 60 phút - Cài đặt thời gian tiệt trùng: 0 tới ≥ 60 phút - Nhiệt độ khử trùng tối đa: ≥ 132°C - Van xả hút chân không: Có - Đồng hồ hiển thị nhiệt độ: Có - Đồng hồ hiển thị áp suất: Có - Van xả hơi bên ngoài: Có - Van an toàn: Có - Cảm ứng / ngắt mực nước thấp: Có - Kiểm soát và bảo vệ mực nước: Có
IV. Yêu cầu khác - Thời gian giao hàng, lắp đặt: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng - Lắp đặt, bàn giao, chạy thử, đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương: Số 02, Khối Hòa Đông, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An		